



НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Утверждаю
Технический директор
А.В. Чириков
(подпись)
«30» 01 2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на приобретение муфельной печи

1. **Заказчик:** НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
2. **Адрес поставки:** г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
3. **Требования к техническим характеристикам и комплектации:**

В качестве приобретаемого оборудования рассматриваем муфельную лабораторную печь типа SNOI 8,2/1100 или ее аналоги с техническими характеристиками не хуже приведенных в таблице:

№ п/п	Наименование характеристик		Величина
1	Номинальная мощность, кВт		1,8
2	Напряжение, В		220
3	Частота, Гц		50
4	Номинальная температура, t=°C		1100
5	Диапазон автоматического регулирования температуры, t=°C		(+50÷1100)
6	Отклонение от заданной температуры в установившемся тепловом режиме без садки не более, Δtc=°C		±2
7	Время разогрева, мин.		50
8	Размеры камеры	ширина, мм.	200
		глубина, мм.	300
		высота, мм.	133
9	Габаритные размеры электропечи	ширина, мм.	440
		глубина, мм.	620
		высота, мм.	510
10	Масса, кг		28
11	Рабочий материал камеры		керамика

4. Требования к комплектации оборудования:

- Муфельная печь 1шт.
- Плита подовая 1шт.
- Паспорт/ Руководство по эксплуатации на русском языке 1шт.
- Иметь свидетельство о первичной поверке.

Дополнительные требования

Гарантия не менее 1-го года с даты поставки оборудования на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Поставляемое оборудование должно быть новым и качественным, изготовленным не ранее IV кв. 2022г.

Данное оборудование и его комплектующие должны обеспечивать условия по требованиям пожарной и промышленной безопасности, экологии, санитарным нормам и правилам.


Необходимо предоставить сведения о технических характеристиках и комплекта поставки на оборудование совместно с коммерческим предложением.

5. Опыт Поставщика:

Опыт Поставщика в сфере поставки аналогичного по техническим характеристикам оборудования должен составлять не менее 5-и лет работы на рынке в данном секторе и подтверждается справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами.

СОГЛАСОВАНО:

Директор по качеству


(подпись) /Москвин Д.Г.
(фамилия и инициалы)

«15» 01 2023г.

Начальник ЛЦ


(подпись) /Белоусов Г.П.
(фамилия и инициалы)


«13» января 2023г.

Начальник ОЭБ


(подпись) /Булгаков С.Н.
(фамилия и инициалы)

«30» 01 2023г.

Начальнику УОТПБиЭ


(подпись) /Скачков К.Л.
(фамилия и инициалы)

«19» 01 2023г.