



НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Утверждаю
Технический директор
А.В. Чириков
(подпись)
«26» июня 2023г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на приобретение муфельной печи**

1. **Заказчик:** НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
2. **Адрес поставки:** г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
3. **Требования к техническим характеристикам и комплектации:**

В качестве приобретаемого оборудования рассматриваем лабораторную электропечь лабораторная типа SNOL 8.2/1100 или ее аналоги с техническими характеристиками не хуже приведенных в таблице:

№ п/п	Наименование характеристики		Измерительные единицы	SNOL 8.2/1100
1	Номинальная мощность		кВт	1,8
2	Напряжение		В	220
3	Частота		Гц	50
4	Номинальная температура		°С	1100
5	Стабильность температуры		°С	±2
6	Диапазоны автоматического регулирования сопротивления		°С	T+50 -:- 1100
7	Время разогрева		минуты	50
8	Размеры камеры	ширина	мм	195
		глубина	мм	310
		высота	мм	135
9	Габаритные размеры электропечи	ширина	мм	440
		глубина	мм	530
		высота	мм	495
10	Масса		кг	28
11	Смотровое окно		мм	35
12	Открытие дверцы в сторону		шт	1
13	Материал камеры		термоволокно	
14	Терморегулятор		электронный	

4. Требования к комплектации оборудования:

Муфельная печь	1шт.
Плита подовая	2 шт.
Инструкция регулятора температуры на русском языке	1шт.
Свидетельство о поверке терморегулятора	1шт
Методика поверки	1шт
Паспорт/ Руководство по эксплуатации на русском языке	1шт
Аттестация электропечи	

Дополнительные требования

Гарантия не менее 1-го года с даты поставки оборудования на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Поставляемое оборудование должно быть новым и качественным, изготовленным не ранее IV кв. 2022г.

Данное оборудование и его комплектующие должны обеспечивать условия по требованиям пожарной и промышленной безопасности, экологии, санитарным нормам и правилам.


Необходимо предоставить сведения о технических характеристиках и комплекта поставки на оборудование совместно с коммерческим предложением.

5. Опыт Поставщика:

Опыт Поставщика в сфере поставки аналогичного по техническим характеристикам оборудования должен составлять не менее 5-и лет работы на рынке в данном секторе и подтверждается справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами.


РАЗРАБОТАНО:

Начальник ОИЗ


(подпись) /Мелешенко В.Н.
(фамилия и инициалы)

«5» 07 2023г.

Ведущий инженер-технолог


(подпись) /Позднякова Е.В.
(фамилия и инициалы)

«5» 07 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОЭБ


(подпись) /Булгаков С.Н.
(фамилия и инициалы)

«07» 07 2023г.

Начальнику УОТПБиЭ


(подпись) /Скачков К.Л.
(фамилия и инициалы)

«10» июля 2023г.

Приказ 263 от 08.07.23г.