



НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Утверждаю  
Технический директор  
А.В. Чириков  
(подпись)  
«07» июня 2023г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
на приобретение вытяжного шкафа**

1. **Заказчик:** НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
2. **Адрес поставки:** г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
3. **Требования к техническим характеристикам и комплектации:**

В качестве приобретаемого оборудования рассматриваем шкаф вытяжной модульный цельнометаллический типа 900 ШВМДк или его аналоги с техническими характеристиками не хуже приведенных в таблице:

| №<br>п/п | Наименование характеристики                                   | Измерительные<br>единицы | 900 ШВМДк    |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1        | Размеры                                                       | мм                       | 980/750/2400 |
| 2        | Столешница                                                    |                          | керамика     |
| 3        | Высота подъёма экрана                                         | мм                       | 800          |
| 4        | Высота с поднятым экраном                                     | мм                       | 2500         |
| 5        | Глубина столешницы                                            | мм                       | 600          |
| 6        | Фланец для подключения вентиляции                             | мм                       | 200          |
| 7        | Максимальная мощность подключаемых приборов, в вытяжном шкафу | кВт                      | 3.5          |
| 8        | Брызгозащищённые розетки                                      | В                        | 220          |
| 9        | Автомат отключения питания                                    | А                        | 16           |

**4. Требования к комплектации оборудования:**

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Вытяжной шкаф                                               | 1 шт. |
| Тумба металлическая двух дверная                            | 1 шт. |
| Двойной защитный экран из противоударного стекла            | 1 шт. |
| Светодиодный светильник, вынесенный за пределы рабочей зоны | 1 шт. |
| Брызгозащищённые электророзетки                             | 2 шт. |
| Автомат отключения питания                                  | 1 шт. |
| Пропиленовый фланец для подключения вентиляции              | 2 шт. |
| Противопродувочный бортик                                   | 1 шт. |

Дополнительные требования

Гарантия не менее 1-го года с даты поставки оборудования на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Поставляемое оборудование должно быть новым и качественным, изготовленным не ранее IV кв. 2022г.

Данное оборудование и его комплектующие должны обеспечивать условия по требованиям пожарной и промышленной безопасности, экологии, санитарным нормам и правилам.


Необходимо предоставить сведения о технических характеристиках и комплекта поставки на оборудование совместно с коммерческим предложением.

### 5. Опыт Поставщика:


Опыт Поставщика в сфере поставки аналогичного по техническим характеристикам оборудования должен составлять не менее 5-и лет работы на рынке в данном секторе и подтверждается справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами.

#### РАЗРАБОТАНО:

Начальник ОИЗ

  
(подпись)

/Мелешенко В.Н.  
(фамилия и инициалы)

  
«14» 05 2023г.

Инженер-технолог 1 к.


  
(подпись)

/Позднякова Е.В.  
(фамилия и инициалы)

  
«14» 05 2023г.

#### СОГЛАСОВАНО:


Начальник ОЭБ

  
(подпись)

/Булгаков С.Н.  
(фамилия и инициалы)

  
«14» 03 2023г.

Начальнику УОТПБиЭ

  
(подпись)

/Скачков К.Л.  
(фамилия и инициалы)

  
«28» 05 2023г.