



НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Утверждаю
Технический директор
А.В. Чириков
«06» 02 2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На приобретение Меры электрического сопротивления, однозначной герметизированной типа МС 3050М

1. Заказчик, адрес: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
2. Адрес поставки: г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
3. Требования к техническим характеристикам:

В качестве приобретаемого оборудования рассматриваем Меру электрического сопротивления, однозначную герметизированную типа МС 3050М (аналоги не рассматриваем)

№ п/п	Наименование характеристики	Ед. изм.	Параметр
1	Номинальное значение сопротивления	Ом	400
2	Класс точности по ГОСТ 8.237-2003	-	0.001
3	Номинальная мощность рассеивания	мВт	50

Комплект поставки:

Наименование	Количество
Мера электрического сопротивления, однозначная герметизированная типа МС 3050М	1 шт.
Паспорт/Руководство по эксплуатации	1/1
Свидетельство о поверке	1 шт.

4. Прочие требования:

4.1. В стоимость необходимо включить доставку до г. Новосибирска, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

4.2. В стоимость необходимо включить поверку Меры электрического сопротивления, однозначной герметизированной типа МС 3050М.

4.3 Данное оборудование должно обеспечивать условия по требованиям пожарной и промышленной безопасности, экологии, санитарным нормам и правилам.

СОГЛАСОВАНО:

Директор по качеству

 Д.Г. Москвин

«03» 02 2023 г.

Начальник УОТПБиЭ

 К.Л. Скачков


«06» 02 2023 г.

Начальник МС

 Е.И. Демина

«03» 02 2023г.

Начальник ОЭБ

 С.Н. Булгаков

«03» 02 2023г.