



НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Утверждаю
Технический директор
А.В. Чириков
(подпись)
«25» 08 2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на приобретение муфельной лабораторной печи типа SNOL 12/1100

- Заказчик: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
- Адрес поставки: г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.
- Требования к техническим характеристикам и комплектации:
Допустимость замен/аналогов: аналоги оборудования рассматриваются, характеристики оборудования должны быть сопоставимы и не уступать заявленным.

№ п/п	Наименование характеристик		Величина
1	Номинальная мощность, кВт		4,5
2	Напряжение, В		220
3	Частота, Гц		50
4	Номинальная температура, t=°C		1100
5	Диапазон автоматического регулирования температуры, t=°C		(+50÷1100)
6	Отклонение от заданной температуры в установившемся тепловом режиме без садки не более, Δtc=°C		±10
7	Время разогрева, мин.		130
8	Размеры камеры	ширина, мм.	215
		глубина, мм.	295
		высота, мм.	195
9	Габаритные размеры электропечи	ширина, мм.	640
		глубина, мм.	745
		высота, мм.	820
10	Масса, кг		120
11	Рабочий материал камеры		керамика
12	Объем камеры, л.		12
13	Тип терморегулятора		электронный

4. Требования к комплектации оборудования:

- Муфельная печь 1шт.
- Плита подовая 1шт.
- Паспорт/ Руководство по эксплуатации на русском языке 1шт.
- Иметь свидетельство о первичной поверке терморегулятора

Дополнительные требования:

Оборудование должно быть поставлено с первичной аттестацией и протоколом в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017.


Гарантия не менее 1-го года с даты поставки оборудования на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Поставляемое оборудование должно быть новым и качественным, изготовленным не ранее IV кв. 2022г.

Данное оборудование и его комплектующие должны обеспечивать условия по требованиям пожарной и промышленной безопасности, экологии, санитарным нормам и правилам.

СОГЛАСОВАНО:

Директор по качеству


(подпись) /Москвин Д.Г.
(фамилия и инициалы)


«25» 08 2023г.

Начальник ЛЦ


(подпись) /Белоусов Г.П.
(фамилия и инициалы)


«25» 08 2023г.

Начальнику УОТПБиЭ


(подпись) /Скачков К.Л.
(фамилия и инициалы)

«25» 08 2023г.

Начальник ОЭБ


(подпись) /Булгаков С.Н.
(фамилия и инициалы)

«25» 08 2023г.