



НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Утверждаю

Технический директор

А.В. Чириков

(подпись)

«28» 01 2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на приобретение вытяжного шкафа серии ШВМ- 1800, модель ШВМДкб

1. **Заказчик:** НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.

2. **Адрес поставки:** г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56.

3. **Требования к техническим характеристикам и комплектации:**

В качестве приобретаемого оборудования рассматриваем цельнометаллический вытяжной шкаф с вертикальным экраном модели 1800 ШВМДкб (аналоги рассмотрению не подлежат) с нижеприведенными характеристиками:

Характеристика	Показатель
Шкаф	
Шкаф вытяжной	Подъемный защитный экран
Материал столешницы	Монолитная керамика с бортиком
Материал боковых стенок и подъемного экрана	Триплекс
Материал вытяжной камеры	Листовой холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской
Количество зон вытяжки в камере	2 зоны
Возможность подключения к вытяжной вентиляции	Фланец Ø-200мм.
Освещение	Светильник выполненный из корпуса с защитой от пыли, влаги и агрессивных сред
Возможность подключения воды	Без воды
Основание шкафа	
Основание	Трех дверная металлическая тумба
Съемные полки с пластиковыми поддонами	6 шт.
Электрооборудование	Автоматическая защита сети
	Брызгозащищенные электрические розетки с заземлением не менее 2-х шт.
	Брызгозащищенный выключатель светильника
	Максимальная мощность подключения электрических приборов 3,5 кВт.
Степень защиты от поражения электрическим током	1 класс (ГОСТ 12.2.007.0-75)
Общие габаритные размеры, мм (L x D x H)	1880x750x2400

4. **Требования к комплектации оборудования:**

- | | |
|---|-------|
| • шкаф вытяжной | 1шт. |
| • 3-х дверная тумба со съёмными полками | 1шт. |
| • Пластиковые поддоны под реактивы | 6 шт. |
| • Паспорт/ Руководство по эксплуатации на русском языке | |

Дополнительные требования


Гарантия не менее 1-го года с даты поставки оборудования на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Поставляемое оборудование должно быть новым и качественным, изготовленным не ранее IV кв. 2021г.

Данное оборудование и его комплектующие должна обеспечивать условия по требованиям пожарной и промышленной безопасности, экологии, санитарным нормам и правилам.


СОГЛАСОВАНО:

Директор по качеству


(подпись) /Москвин Д.Г.
(фамилия и инициалы)


«3» 01 2023г.

Начальник ЛЦ


(подпись) /Белоусов Г.П.
(фамилия и инициалы)


«3» 01 2023г.

Начальник ОЭБ


(подпись) /Булгаков С.Н.
(фамилия и инициалы)

«3» 01 2023г.

Начальнику УОТПБиЭ


(подпись) /Скачков К.Л.
(фамилия и инициалы)

«19» 01 2023г.